

184 - EQUIPO DE PRESOTERAPIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: EQUIPO DE PRESOTERAPIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Unidades de presoterapia para piernas, brazos y cuerpo entero, para situaciones de mala circulación linfática y venosa. Número de canales de salida: 8 (ocho)

Programas: 2 (dos) como mínimo, para extremidades superiores e inferiores, con ciclos de inflado y regulación precisa de la presión para cada sector

Presión: 0- 200 mmHg \pm 10%

Temporizador: hasta 99 min

Alimentación Red 220 V AC/ 50 Hz

3 Garantía

Deberán contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.