

## 35 - GENERADOR DE MARCAPASO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### 1 Datos Generales

Descripción:	GENERADOR DE MARCAPASO
Marca:	
Modelo:	
Origen:	
Dirección web del fabricante:	
Cantidad:	3
Normas de calidad específicas:	CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
Norma de calidad General:	ISO 13485

#### 1.5 Imagen de referencia



### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

#### 2 Características

- Control de captura ventricular, Informes de los histogramas
- Histogramas de la frecuencia cardíaca
- Informes de los histogramas.
- Perfil de frecuencia indicado por el sensor.
- Diagnósticos seleccionados por el médico.
- Tendencia de la frecuencia personalizada.
- Datos del control de captura ventricular
- Datos de frecuencia rápida.
- Conector IS-1, bipolar.
- Con electrodo correspondiente de Fijación Pasiva con aletas, liberación de esteroides, aprox. 58 cm de longitud.
- Control de captura ventricular/ atrial censado asegurado vent./ atrial

#### 3 Garantía

- Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
- Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
- Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
- Declaración Jurada donde se garantice la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 3 años después de la adquisición del equipo, emitida por el fabricante o el proveedor.

#### 4 Documentación

- Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
- Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.