

### 3 - PORTA SUERO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### 1 Datos Generales

Descripción: PORTA SUERO

**Marca:**

**Modelo:**

**Origen:**

**Dirección web del fabricante:**

Cantidad: 267

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

##### 2 Características

Soporte para dosificación de medicamentos.

Estructura y base de acero inoxidable con 2 ganchos y pintado con esmalte electroestático.

Dimensiones aproximadas: Ancho base: 62 cm.

Regulable en altura: 120 cm – 220 cm.

Con un mínimo de 3 patas acompañadas por ruedas, giratorias 360°.

Soldadura hospitalaria - TIG

Sistema de regulación ajustable de fácil manejo y resistente

##### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

##### 4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.