

24 - SATUROMETRO PORTATIL PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SATUROMETRO PORTATIL PEDIATRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 26

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Tipo de Display: LED

Saturación Oxígeno: + - 1% o mejor

Pulsos + -1 BMP (pulsos por minuto) o mejor

Saturación Oxígeno: 0 - 99% o mejor

Pulsos 40 - 254 BMP (pulsos por minuto)

Saturación de Oxígeno + - 3%

Apagado Automático

Con Bateria recargable

Estuche para guarda adecuada

Correa de seguridad

Capacitación de uso a técnicos de por lo menos 2 horas.

Manual del Usuario en Español o cualquier otro idioma y su correspondiente traducción por traductor público matriculado

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.