

132 - CARTEL VISUAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CARTEL VISUAL - PROYECTOR DE OPTOTIPOS

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

CARACTERISTICAS GENERALES

Compatible para su colocación en la columna oftalmológica

Velocidad de rotación: 0.7 segundos o menor

Filtros: rojo / verde o mas

Horizontal: 2 como mínimo

Vertical: 4 como mínimo

Distancia de proyección: de 3 metros a 6 metros (o rango mayor)

Tamaño de proyección: 240 mm x 220 mm (+/- 5 mm) a una distancia de 5 metros

Iluminación LED

Función de inclinación: arriba / abajo; derecha / izquierda

Función de apagado automático luego de 10 minutos sin uso

Control remoto inalámbrico

Peso: 5 Kg o menor

Alimentación electrónica: 240 VAC/ 50 Hz. Cable de alimentación con toma tipo Schuko

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

| 4 | Documentación |
|---|--|
| | Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado. |
| | Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años. |
| | Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado. |