

11 - CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1	Datos Generales
	Descripción: CARDIODESFIBRILADOR PEDIATRICO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2	Características
	•Desfibrilacion manual
	•Desfibrilación automática DEA
	•Cardioversión sincronizada
	•Monitoreo continuo
	•Tecnología LCD a color de 7" o mas
	•Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español
	•Memoria para almacenar sucesos
	•Forma de onda bifásica para la terapia de desfibrilación
	•Energía seleccionable por pasos, modo bifásico
	•Capacidad de autodescarga cuando no se utilice
	•Capacidad de cargas en 7 segundos o menos a 200 Joules
	•Tecla SYNC en el panel frontal
	•Paletas tamaño pediátrico/infantil
	•Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independiente
	•Alarma para frecuencia cardiaca y ritmo que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras
	•Dos trazos de ECG a seleccionar por lo menos de entre las derivaciones I, II, III
	•Alarma para frecuencia cardiaca y ritmos que requieren choques o descargas. Las alarmas deberán ser visuales y sonoras
	•Para papel de 50mm con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa a eventos registrados
	•Batería interna recargable
	•Carga de batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna y encendido
	•Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 90 minutos de monitoreo
	•Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación de acuerdo con la norma CEE 7/4 Tipo F (Schuko)
	•Palas externas para pacientes Pediátricos y Neonatales (par)
	•Cable para ECG de 3 vías (uno)
	•Rollo de papel adecuado para el equipo ofertado"

	•Que permita al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima o 90 minutos de monitoreo
	•Alimentación eléctrica: 220V CA +/- 10% / 50 Hz, con cable de alimentación de acuerdo con la norma CEE 7/4 ipo F (Schukov)
	•Palas externas para pacientes Pediátricos y Neonatales (par)
	•Cable para ECG de 3 vías (uno)
	•Rollo de papel adecuado para el equipo ofertado
	•Garantía de funcionamiento del equipo de un año.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.