

200 - EQUIPO DE ELECTROANALGESIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: EQUIPO DE ELECTROANALGESIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 3

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Equipo de corrientes múltiples de electroterapia, con dos canales de salida, para generar tratamientos de estimulación muscular con onda rectangular bipolar/simétrica, estimulación muscular con onda rectangular monopolar, electroanalgesia T.E.N.S. con onda bipolar/simétrica, electroanalgesia T.E.N.S. con onda monopolar y ondas triangulares de crecimiento progresivo, que permiten tratar músculos denervados gracias a la emisión de pulsos de crecimiento progresivo. Con varios electrodos y cables adicionales, 4 canales para aplicaciones, programas pre establecidos o más. Programación con timer temporizador 5min, 10 min, 15 min o manual.

Con sistema de seguridad anti- shock, que elimina por completo la emisión de contracciones involuntarias indeseadas y a alta intensidad. Frecuencias variables: entre 1 y 35 Hz. (Contractor muscular) y entre 1 y 120 Hz. (Electroanalgesia T.E.N.S.)

Accesorios: 4 Cables de 2 Pines cada uno, 36 electrodos o mas. Manual de funcionamiento en español.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

Sobre averías/daños que el equipo sufiere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--