

## 50 - CAJA DE COLUMNA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | <b>Datos Generales</b>   |
|          | Descripción: CAJA DE COLUMNA   |
|          | Marca:   |
|          | Modelo:  |
|          | Origen:  |
|          | Dirección web del fabricante:  |
|          | Cantidad: 1  |
|          | Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas. |
|          | Norma de calidad General: ISO 9001   |
|          | Imagen de referencia   |



### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

|          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | <b>Características</b>   |
|          | Material: Acero Inoxidable   |
|          | Contener almenos .   |
|          | Dos insertos para columna. O más.                                  |
|          | Dispositivo de Posicionamiento para tornillos lumbares:            |
|          | 70-7787 para tornillos de 05 mm                                    |
|          | 70-7757 para tornillos de 05.5 mm                                  |
|          | 70-7758 para tornillos de 06.5 mm                                  |
|          | Dispositivo de empuje de Varillas con mango en T (70-7782).        |
|          | Funda de Protección de 5 mm para 70-7780 (70-7759).                |
|          | Destornillador Quirúrgico pedicular (70-7780).                     |
|          | Cable Guía (alambre) (70-7781).                                    |
|          | Pinza Quirúrgica para doblar Varillas P/Spine (70-7785).           |
|          | Destornillador P/Spine para Tornillos de Fijación (70-7788):       |
|          | Vaina Guía para 70-7788 (70-7809).                                 |
|          | Llave Dinamométrica P/Spine 8Nm forma T (70-7790).                 |
|          | Dispositivo Anti-rotación (70-7791).                               |
|          | Medidor de Profundidad P/Spine (70-7794).                          |
|          | Pinza Sujetadora de Varilla P/Spine (70-7795).                     |
|          | Trocas Canulado para 70-7796 A/B (70-7796).                        |
|          | Pasador de posicionamiento P/Spine con volante de mano (70-7796A). |
|          | Dispositivo de fijación P/spine para 70-7796 (70-7796B).           |
|          | Forceps de Distracción P/Spine (70-7797).                          |
|          | Fórceps de Compresión P/Spine (70-7798).                           |

|          |  |
|----------|--|
|          | Manija en T P/Spine (70-7799).   |
|          | Pinza de Palanca de Vértebras P/Spine Curva (70-7808).   |
| <b>3</b> | <b>Garantía</b>  |
|          | Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.  |
|          | Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).  |
|          | Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.  |
| <b>4</b> | <b>Documentación</b>   |
|          | Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado. |
|          | Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.  |
|          | Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.                     |
|          |  |