

113 - AUTOCLAVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: AUTOCLAVE VERTICAL

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 CARACTERISTICAS GENERALES

AUTOCLAVE VERTICAL, anti acido, anti alcalino y anti herrumbre.

Rango de ajuste de temperatura: 45 a 135 °C. temporizador: 0 a 99 min

Esterilizador a vapor con calor húmedo.

Capacidad: 70 litros como mínimo

Canasta interna confeccionada de acero inoxidable.

Resistencia tubular blindada.

Válvula de seguridad y sistema de ajuste de presión.

Manómetro indicador de presión interna con escala de presión y temperatura.

Presión de trabajo: 0,22 Mpa

Presión máxima de 1,5 kgf/cm² o 127°C.

Conexión eléctrica 220V."

Accesorios:

Certificado de calidad e inspección técnica.

1 sets completo de contenedores y canastillas de esterilización.

10 kits de termoindicadores para control de funcionamiento. (100 cinta testigo)

Un juegos de resistencias de repuesto (entiendase juego a la cantidad total de resistencias que componen la caldera)

Manual de operación y servicio técnico en español.

Incluir en la oferta un Sistema de prefiltrado y filtración del agua de suministro, de acuerdo al consumo del autoclave y su respectiva instalación.

la oferta deberá contemplar adecuación para la correcta instalación del equipo ofertado, así como la puesta en marcha del equipo y capacitación de uso correspondiente

3 Garantía

| | |
|----------|--|
| | Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica. |
| | Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación). |
| | Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. |
| 4 | Documentación |
| | Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado. |
| | Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años. |
| | Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado. |
| | |