

145 - COMPRESOR ODONTOLOGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: COMPRESOR ODONTOLOGICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Libre de Aceite

Presión de trabajo Max. 120 Psig - 8,3 Bar aproximadamente

RPM 1445 aprox

Potencia de Motor 1 Hp - 0,75 Kw almenos.

Nº de Polos 4±

Nº de Pistones 2± - V

Nº de Etapas 1 almenos

Vol. del Resev. 30± L

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.