

33 - VIDEOLARINGOSCOPIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: VIDEOLARINGOSCOPIO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 9

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Pantalla de aproximadamente 3.5 pulgadas táctil con una resolución de 640x960 pixeles o mejor.

- El dispositivo debe funcionar durante al menos 4 horas si se utiliza una batería completamente cargada completamente nueva.

- Batería incorporada al equipo recargable a través de entrada USB

- Tiempo de carga de la batería de 4hs como mínimo.

- Fuente de luz tipo LED con brillo ajustable para diferentes entornos de uso.

- Con ajuste automático del balance de blancos, alta resolución, imagen clara, brillo de pantalla ajustable

- Profundidad de campo de 10-80mm o mejor

- Angulo de rotación de la pantalla de visualización 140° +/-10° en el eje vertical y 270° +/- 10° en el eje horizontal o mejor.

- Resolución espacial no menor a 6.5lp/mm

- Angulo de campo no menor que 60°"

- Angulo de visión 0° +/- 10°

- Nivel de prueba anti-agua IP66

- Intensidad de iluminación no menor a 600lx

- Fuente de luz, temperatura de color no menor de 5000k

- Registro de foto en formato JPEG, con posibilidad de grabar hasta 10,000 fotos

- Grabación de video en formato MPEG-4, con posibilidad de grabar hasta 2 horas de video

- Almacenamiento de datos 5GB o mayor.

- Puerto de datos HDMI, USB

- Adaptador de corriente: Entrada de voltaje 220 V, 50Hz, salida de voltaje 5V, 2A

- Accesorios requeridos:

- Cargador de baterías

	•Palas curvas tamaño 1, 2, 3 y 4, desechables (10 unidades de cada uno)
	•Maletín para el almacenamiento de todos los accesorios del video laringoscopio
	•Cable HDMI y USB para el traslado de datos
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Declaración Jurada donde se garantice la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 3 años después de la adquisición del equipo, emitida por el fabricante o el proveedor.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.