

170 - BIPEDESTADOR SUPINO PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: BIPEDESTADOR SUPINO PEDIATRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estructura con base y ruedas con freno

Tabla con acolchado

Ajustable en ángulo de 0° a 85° aproximadamente

regulable en altura en posición horizontal para facilitar transferencias

Soporte de cabeza.

Mesa con escotadura.

Correa de sujeción pectoral.

Correa de sujeción pélvica.

Correas para rodillas.

Correas de sujeción para pies.

Reposapiés regulable en altura.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.