

118 - PORTA SUERO P/CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: PORTA SUERO P/CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Soporte para dosificación de medicamentos Estructura de acero inoxidable con 4 ganchos como mínimo.

Dimensiones aproximadas: Ancho base: 62 cm.

Regulable en altura: 120 cm – 220 cm.

Con 4 o 5 ruedas, giratorias 360° de PVC.

Soldadura hospitalaria - TIG

Estructura aerodinámica que no acumule fluidos

Sistema de regulación de fácil manejo y resistente

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.