

149 - ULTRASONIDO - ODONTOLOGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: ULTRASONIDO - ODONTOLOGICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Dispositivo impulsado que mediante la vibración ultrasónica de un inserto elimina cálculos y otras acumulaciones
- Corriente nominal máximo: 1.200 mA
- Potencia máxima de salida hacia la pieza de mano con carga (ultrasonidos): 10 W aprox.
- Frecuencia (ultrasonidos) 28 ± 3 kHz aprox.
- Caudal de refrigerante: al menos 20 ml/min máximo 50 ml/min.
- Presión de agua: 1 – 6 bar aprox.
- Modo de operación: operación continua

3 Garantía

- Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
- Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
- Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

- Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
- Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
- Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.