

# 124 - REPROCESADORA AUTOMATICA DE ENDOSCOPIOS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: REPROCESADORA AUTOMATICA DE ENDOSCOPIOS

**Marca:**

**Modelo:**

**Origen:**

**Dirección web del fabricante:**

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

• 1,5 x 65 x 101 cm (tapa cerrada)

• 1,5 x 65 x 146,5 cm (tapa abierta)

• Peso (vacía) 70 Kg

• Peso (llena) 100 Kg

• Conexión eléctrica 1 x 220 V/ 50 Hz con interruptor diferencial de 30mA

• Tensión eléctrica 220/ 50Hz

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

### 4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.