

199 - EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Generador de campo magnético, emisión continua o pulsante, de alta intensidad y baja frecuencia, para fisioterapia, deporte, reumatología y neurología, para uso hospitalario o consultorio.

Pantalla táctil 7"

Alimentación: 220 V (50Hz - 60Hz)

Emisores: para 4 salidas estandar en simultaneo, tipo solenoide y difusor de campo magnético, en forma de electrodo plano y de túnel de 25 a 30 cm de diametro.

Programas preestablecidos, regulación manual de parámetros.

Frecuencia de 1 a 100 Hz.

Potencia: densidad del flujo de 1 hasta 300 Gauss

Guarda programas personalizados.

Con timer digital incorporado.

Con señal sonora de inicio y fin de la función.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--