

63 - FRONTOLUZ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: FRONTOLUZ

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 4

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Fotóforo frontal LED. Fotóforo frontal, con articulación esférica y altura regulable, con estribo de suspensión en forma de U que incluya cinta frontal con banda cruzada, cable de luz de fibra óptica y sujeta cables con cinta.

frontal LED

Tecnología de lentes líquidas o fluidas en combinación con LED de alto rendimiento.

Tamaño del campo luminoso con ajuste variable de 30mm a 150mm aproximadamente, desde una distancia de 40cm.

Potencia luminosa regulable en al menos 2 niveles.

Lámparas LED blancas que puedan iluminar en un nivel alto de 30.000 lux o mayor, nivel medio de 20.000lux o mayor y nivel bajo de 10.000 lux o mayor.

Vida útil aproximada de la lámpara no menor a 45.000 horas.

Posibilidad de ajuste progresivo de la posición y la inclinación de la lámpara, para orientar la dirección de la iluminación y la mirada. Cinta craneal ajustable.

Autonomía de la batería de 17 horas o mayor.

Indicación del nivel de la batería mediante LED de estado y luz intermitente para avisar de que las pilas se están agotando.

Debe incluir cargador de 2 baterías y 2 baterías recargables.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.