

178 - ONDAS DE CHOQUE FOCAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: ONDAS DE CHOQUE FOCAL

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Pantalla táctil LCD. 12.5 de profundidad con puntos focales precisos. Energía optimizada 0,01 a 0,55 mj/mm². Amplio rango de frecuencias 1 a 8 Hz. Fuente de alimentación 220 V / 50 Hz.

Protocolos almacenables en memoria interna: 200±.

3 Garantía

Deberán contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.