

110 - CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Teclado de alta durabilidad, número de teclas: 8 como mínimo.
- Visor digital, registro de leucocitos informando el total general y los valores correspondientes a cada tipo de célula.
- El conteo diferencial debe tener la capacidad de contar hasta 100 células, alarma sonora y bloqueo automático al llegar a la cuenta de cien células contadas.
- Número de ventanas Ventana: LCD 9×3-Dígitos (Incluye para la cantidad total).
- Función de las teclas: 4 botones de funciones (+/-, %, RECONFIGURACION, FUNCION).
- Accesorio estándar: 3.3V 1.2A adaptador.
- Accesorio Opcional Impresora de 58mm.

3 Garantía

- Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
- Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
- Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

- Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
- Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
- Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.