

191 - BARRA PARALELA REHABILITACION PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: BARRA PARALELA REHABILITACION PEDIATRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estructura de acero inoxidable, con plataforma de madera cubierta de piso antideslizante.

Longitud 2,50 metros. Ancho regulable de hasta 60 cm.

Con plano separador guía, dirigiendo y evitando la marcha cruzada, el cual puede desmontarse con facilidad.

Altura regulable hasta 70 cm.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.