

169 - BIPEDESTADOR PRONO PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: BIPEDESTADOR PRONO PEDIATRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Base móvil con ruedas y frenos
- Plataforma reposapiés con inclinación ajustable
- Soportes blandos que entregan comodidad en el uso
- Mecanismos manuales de fácil uso y libres de mantenimiento.
- Ruedas de goma y freno que facilitan el traslado.
- 5 posiciones en prono desde 45° a 85° ± 5° aprox.
- Rango de altura 80cm/150cm ±10cm aprox.
- Correa de sujeción pectoral.
- Correa de sujeción pélvica.
- Correas para rodillas.
- Correas de sujeción para pies.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--