

# 121 - SILLON PARA HIDRATACION

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: SILLON PARA HIDRATACION

**Marca:**

**Modelo:**

**Origen:**

**Dirección web del fabricante:**

Cantidad: 10

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

- Sillón reclinable Para la hidratación y medicación ambulatoria.
- Tamaño del asiento, medidas minimas requeridas (LxAnxAI): 103x83x110 cm
- Cabecera articulada y regulable, Elevación de la sección del respaldo:  $\pm 0^{\circ} \sim 70^{\circ}$
- Alcolchado de de poliuretano expandido o similar, tapizada con cuerina natural o sintético, antiestática, de alta resistencia, flexibilidad y acorde a normas de bioseguridad.
- Elevación de la sección de las piernas:  $\pm 0^{\circ} \sim 90^{\circ}$
- Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
- Espesor del alcolchado: 60 mm aprox.
- Soporte de carga: 250 kg o más

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

### 4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.