

157 - SET DE DIAGNOSTICO FISIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SET DE DIAGNOSTICO FISIATRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

ESTRUCTURA DE ACERO QUIRÚRGICO INOXIDABLE.

MANGO PARA BATERÍAS

UN MANGO DE LINTERNA EN L PARA ILUMINAR LA CAVIDAD ORAL Y FARINGE CON PORTA Y BAJA LENGUAS.

DOS ESPEJOS LARÍNGEOS QUE SE ENSAMBLAN CON EL ILUMINADOR #4 Y #5

UN OFTALMOSCOPIO CON CARRETE DE LENTES CORRECTORES CON DIOPTRIAS DE 20 A -20

RINOSCOPIO CROMADO CON APERTURA VARIABLE

OTOSCOPIO CROMADO CON PUNTAS REMOVIBLES, TRES ESPÉCULOS REUSABLES 2.5 ;3.5; 4.5MM

MARTILLO DE PERCUSIÓN

DIAPASÓN DE ALUMINIO C 128 HZ

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.