


EQUIPO DE ELECTROANALGESIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción:EQUIPO DE ELECTROANALGESIA
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 3
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	<p>Equipo de corrientes múltiples de electroterapia, con dos canales de salida, para generar tratamientos de estimulación muscular con onda rectangular bipolar/simétrica, estimulación muscular con onda rectangular monopolar, electroanalgesia T.E.N.S. con onda bipolar/simétrica, electroanalgesia T.E.N.S. con onda monopolar y ondas triangulares de crecimiento progresivo, que permiten tratar músculos denervados gracias a la emisión de pulsos de crecimiento progresivo. Con varios electrodos y cables adicionales, 4 canales para aplicaciones, programas pre establecidos o más. Programación con timer temporizador 5min, 10 min, 15 min o manual.</p>
	<p>Con sistema de seguridad anti- shock, que elimina por completo la emisión de contracciones involuntarias indeseadas y a alta intensidad. Frecuencias variables: entre 1 y 35 Hz. (Contractor muscular) y entre 1 y 120 Hz. (Electroanalgesia T.E.N.S.)</p>
	<p>Accesorios: 4 Cables de 2 Pines cada uno, 36 electrodos o mas. Manual de funcionamiento en español.</p>
3	Garantía
	<p>Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.</p>
	<p>Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.</p>
	<p>Sobre averías/daños que el equipo sufiere bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).</p>
4	Documentación

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--