

OTOSCOPIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: OTOSCOPIO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 57

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características Técnicas

Fibra Optica para una transmisión de luz fria y sin obstrucciones

Lampara Halogena o LED de 2,5 V

Fabricado en cobre y ABS (o material similar), robusto y duradero

Dispositivo de conexión para la fácil y segura sujeción del cabezal al mango.

Sistema de apagado automatico de Bolsillo

Cabezal fabricado en ABS

Fácil cambio de la lámpara

Equipo incluye variedad de espéculos de oído reutilizables

Lente de Aumento 3X transparente para observar situaciones carnales en el oído con espectro completo. La lente de visión gran angular giratoria

3 Garantía

El equipo deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por daños o desperfectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.