

CAMILLA DE INSPECCION CON ESCALERILLA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CAMILLA DE INSPECCION CON ESCALERILLA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 43

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Camilla fabricada a partir de una estructura construida con tubos rectangulares de $\pm 30 \times \pm 40 \times \pm 1,50$ mm, recubierta con un acolchado de espuma ± 33 de alta densidad de ± 9 cm con revestimiento de polipiel.

- ESTRUCTURA DE BASE

- De tubos rectangulares de $\pm 30 \times \pm 70 \times \pm 1,50$ mm.

- BASE DE LA CAMA

- De tubos rectangulares de $\pm 30 \times \pm 40 \times \pm 1,50$ mm revestidos con tapicería.

- TAPICERÍA

- Con espuma de alta densidad con 6cm de espesor como minimo, revestimiento en polipiel (ignifugo, antihongos y antibacterias) ± 9 cm de altura en espuma de ± 33 densidades con revestimiento en polipiel.

- CABEZERA Y MOVIMIENTO: Respaldo articulado mediante bisagras cremallera

- DIMENSIONES MINIMAS: Largo 190 cm, ancho 68 cm, Alto 68 cm

- RESISTENCIA MINIMA: 150 kg

- ZAPATOS

- Zapatas niveladoras de goma con regulación de altura para corrección del suelo.

- PINTURA

- Pintura electrostática en polvo, con eficacia anticorrosiva por fosfatación.

- ACCESORIO: Escalerilla de 2 peldaños, escalones texturizados, estructura esmaltada, con regatones de alto impacto para mayor estabilidad

3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.