

CRANEOTOMO NEUMATICO-ELECTRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: CRANEOTOMO NEUMATICO-ELECTRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad: FDA, CE, JIS. Al menos una de ellas

Norma de calidad específica: ISO 13485.

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

• Sistema de Drill, RPM de 500 o menos a 70.000 o más, 50-60 Hz, retroalimentación electrónica, avance-reversa, nivel de sonido de 75 decibeles (+/- 15dB)

• Piezas de Mano Reutilizables: Electro perforador con acoplador tipo Hudson.

• Medidas: Largo Exterior 166 mm, Ancho Exterior 35 mm.

• Perforador eléctrico para craneotomía tipo Standard: Medidas: Largo Exterior 156 mm, Ancho 17 mm. Potencia de salida 140 vA.

• Perforador eléctrico para craneotomía tipo Standard. Medidas: Longitud de Trabajo 70 mm, Largo Exterior 177 mm, Ancho 16 mm.

• Perforador eléctrico para craneotomía tipo Standard. Medidas: Longitud de Trabajo 130 mm, Largo Exterior 237 mm, Ancho 16 mm. Potencia de salida 140 vA

• Consola 220 V apta para procedimientos de craneotomía, neurocirugía, columna y maxilofacial. Alimentación eléctrica: 220 VAC/ 50 Hz. Cable de alimentación con toma tipo Schuko.

• Cables de conexión incorporado con pedales de control. Guarda Fresas. Compatibles con las Piezas de Mano. Protección de Dura Fresa Fijo Reutilizable. Tamaño Standard. Protección de Dura Fresa Fijo Reutilizable. Tamaño Largo. Compatibles con las Piezas de Mano. Fresas tipo Rosen, de corte suave. Reutilizables. Medidas 4 mm (10 Unidades), 5 mm (10 Unidades), 6 mm (10 unidades) Fresas tipo Diamantadas. Reutilizables. Medidas 4 mm (5 unidades), 5 mm (5 unidades) Fresas con Punta de Corte de 1 mm de diámetro. Reutilizables (10 Unidades) Fresas de Corte para Craneotomia Estándar Recta. Reutilizables. Medidas Standard (20 Unidades), Larga (20 Unidades) Fresas de Corte Neurológico Tipo Americana. Reutilizables. (5 Unidades) Sistema de Irrigación. Set de tubo desechables. Envase de 10 unidades

• Caja de esterilización. Compatible con los bienes ofertados

• Carro de Transporte. Compatible con los bienes ofertados

3 Garantía

	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.