

EJERCITADOR DE PRONOSUPINACION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: EJERCITADOR DE PRONOSUPINACION

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

IMAGEN DE REFERENCIA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

El Prono Flexo Extensor y el Doble Prono Supinador es un aparato de cinesiterapia especializado en la rehabilitación de muñeca.

Su diseño permite el uso de sobremesa o pared.

Regulación de rozamiento por fricción perimetral continuo.

Estructura en acero pulido, con empuñadura de madera.

Agarres en madera para mayor comodidad

Ancho: 62 cm

Altura: 28 cm

Largo: 20 cm

Base de soporte en madera

Soportes antideslizantes

Clavija resistencia graduable

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.