


EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	Generador de campo magnético, emisión continua o pulsante, de alta intensidad y baja frecuencia, para fisioterapia, deporte, reumatología y neurología, para uso hospitalario o consultorio.
	Pantalla táctil 7"
	Alimentación: 220 V (50Hz - 60Hz)
	Emisores: para 4 salidas estandar en simultaneo, tipo solenoide y difusor de campo magnético, en forma de electrodo plano y de túnel de 25 a 30 cm de diametro.
	Programas preestablecidos, regulación manual de parámetros.
	Frecuencia de 1 a 100 Hz.
	Potencia: densidad del flujo de 1 hasta 300 Gauss
	Guarda programas personalizados.
	Con timer digital incorporado.
	Con señal sonora de inicio y fin de la función.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--