

TENSIOMETRO PEDIATRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: TENSIOMETRO PEDIATRICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 14

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia:



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Construcción acorde a normas internacionales
- Manómetro con indicación analógica de diámetro no menor a 50mm para fácil lectura
- Purga de aire con dispositivo regulador de la velocidad de salida del aire
- Sistema de manguera que comunica el brazalete con el manómetro
- Pera de inflado de goma resistente y de alta elasticidad
- Con 2 (dos) brazales, uno pediátrico y uno neonatal
- Estuche para guarda y transporte.
- Buena disposición de la escala del manómetro para una lectura exacta
- Partes metálicas cromadas
- Rango de medición: de 0 a 300 mm. Hg
- Brazalate con tubo o manguera pediátrica

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.