


BARRA PARALELA REHABILITACION PEDIATRICO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: BARRA PARALELA REHABILITACION PEDIATRICO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	Estructura de acero inoxidable, con plataforma de madera cubierta de piso antideslizante.
	Longitud 2,50 metros. Ancho regulable de hasta 60 cm. Con plano separador guía, dirigiendo y evitando la marcha cruzada, el cual puede desmontarse con facilidad.
	Altura regulable hasta 70 cm.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Documentación
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.