


CAJA DE CRANEO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
<b>1</b>	<b>Datos Generales</b>
	Descripción: CAJA DE CRANEO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
	Normas de calidad: FDA, TUV, UL, CE, al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 9001
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
<b>2</b>	<b>Características</b>
	Material: Acero inoxidable
	INCLUIR ELEMENTOS:
	Pinzas porta hisopo.
	Pinzas Backhaus.
	Pinzas Doyen.
	Canulas de aspiración: 1 gruesa y corta, 1 gruesa y larga, 1 estrecha y corta, 1 estrecha y larga.
	Separador de anzuelo.
	Periostotomo.
	Gubia.
	Kerrison.
	Elevador de hueso.
	Cuchara - cureta.
	Gancho de nervio.
	Pinza Erina.
	Porta clip de titanio.
	Espatula cerebral maleable.
	Pinza de tumor.
	Almenos 3 Potes chicos: antiséptico, HO, y solución fisiológica.
	Mangos de bisturí: N° 4 y 3.
	Tijera Metzenbaum
	Tijera de Taylor
	Tijera de Mayo recta
	Pinza de dicección con dientes
	Pinza diente de ratón.
	Pinza Adson con dientes.

	2 Pinzas Adson sin dientes.
	Pinzas de dicección en Bayoneta
	Pinzas Halsted rectas.
	Pinzas Halsted curvas
	Pinzas Crile curvas.
	Pinzas Kocher rectas cortas.
	Separadores Farabeuf angostos.
	Separadores Farabeuf anchos.
	Separadores de Senn.
	Separadores Volkmann de 3 dientes.
	Separadores Gelpi.
	Separadores Weitlaner o Jansen.
	Legra de Finochietto curva.
	Disector de Penfield.
	Espátula de Freer.
	Elevador de periostio de Langebeck.
	Cureta mediana de Volkmann.
	Sierras de Gigli.
	Manubrios.
	Gubias de doble articulación: Ruskin (recta) y Echlin (pico de pato).
	Gancho agudo de 90".
	Gancho romo de 90".
	Sonda acanalada.
	Trocar de Cushing.
	Portaagujas delicado corto (cierre de duramadre).
	Portaagujas mediano y fuerte (Mayo-Hegar).
	Trépano de Raney, McKenzie o Hudson.
<b>3</b>	<b>Garantía</b>
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
<b>4</b>	<b>Documentación</b>
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.