


LAMPARA INFRARROJA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: LAMPARA INFRARROJA
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 3
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 9001
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	Aparato Infrarrojo para Fisioterapia.
	Con interruptor de encendido y apagado
	Regulable en altura mínimo 1 metro máximo 1.20 metros
	Estructura metálica en acero pintado con pintura epoxi
	Base con 4 ruedas giratorias
	Con brazo articulado y cabezal que permita movimiento para mejor direccionamiento del foco de luz.
	4 focos de repuesto
	Alimentación eléctrica de 220 V/50 Hz.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.
--	--