

ESPIROMETRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: ESPIROMETRO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Espirómetro de Wrigt

Espirometría de alta calidad con conectividad a PC y redes

Batería interna recargable con autonomía de hasta 2 horas, como mínimo

Pantalla LCD

Debe cumplir con los estándares de precisión

Muestras FVC

FEV1

FEV1%

PEF"

Más de 50 parámetros de pruebas

Comparación pre-post broncodilatador

Respiración única

Respiración múltiple

Curvas F/V o V/T visibles en tiempo real

Incentivo infantil con efectos sonoros

Impresión de resultados

Instalación y puesta en funcionamiento

Capacitación al personal usuario del equipo

Manuales de uso del equipo al personal usuario del equipo

Capacitación de mantenimiento al Personal Técnico

Provisión de manuales técnicos al Personal Técnico

Provision de boquillas reutilizables (100 unidades)

3 Garantía

	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.