

SILLA DE EXTRACCIÓN CON APOYA BRAZOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SILLA DE EXTRACCIÓN CON APOYA BRAZOS

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Sillón reclinable para Extracción de Sangre
- Estructura metálica.
- Forrado en cuero reforzado resistente e impermeable al agua.
- Preferentemente de color negro ó marrón
- Deberá aguantar un peso de ± 180 a ± 200 Kg.
- Posabrazos izquierdo y derecho
- Sistema para sujeción del brazo
- Instalación ó colocación en la institución designada

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.