

MESA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA GRANDE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: MESA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA GRANDE

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 6

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Mesa de instrumentación quirúrgica.

- Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, según el modelo: - bastidor formado como borde o superficie superior con borde perimetra, - superficies desmontables de acero al cromo-níquel 18/10, de 600 x 450 mm aprox. 700 x 600 mm o 900 x 600 mm aprox.

- altura de la mesa 800 mm o 900 mm aprox.

- ruedas dobles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm aprox. de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores.

- Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.

- Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs aprox.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.

	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante: