


ESTETOSCOPIO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: ESTETOSCOPIO
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 4
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
	Estructura metálica liviana de aluminio anodizado inoxidable o similar.
	Olivas para los auriculares de forma anatómica y de material sintético de alta flexibilidad, resistencia e intercambiables.
	Manguera de conexión del fonendoscopio con el auricular de silicona o material sintético de alta flexibilidad y resistencia.
	Fonendoscopio con membranas de excelente sensibilidad, intercambiables, de alta flexibilidad y resistencia de tamaño adulto.
	Para uso universal
	Concepto modular con partes intercambiables.
	Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento.
	Accesorios Manual de operación en español.
	Un par de Olivas de repuesto
	Estuche plástico resistente de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica
	Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Documentación
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.