

# EQUIPO NEUROESTIMULADOR PORTATIL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: EQUIPO NEUROESTIMULADOR PORTATIL

**Marca:**

**Modelo:**

**Origen:**

**Dirección web del fabricante:**

Cantidad: 7

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

## IMAGEN DE REFERENCIA



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

4 aplicaciones preprogramadas

Mando extraíble con pantalla LCD

Intensidad regulable

Temporizador de cuenta atrás

Desconexión de seguridad

Producto sanitario

Indicación de cambio de pilas

40 almohadillas de electrodos reutilizables y auto adhesivos de diferentes tamaños

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 (uno) año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

### 4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.