


CARTEL VISUAL	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: CARTEL VISUAL - PROYECTOR DE OPTOTIPOS
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 1
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	CARACTERISTICAS GENERALES
	Compatible para su colocación en la columna oftalmológica
	Velocidad de rotación: 0.7 segundos o menor
	Filtros: rojo / verde o mas
	Horizontal: 2 como mínimo Vertical: 4 como mínimo
	Distancia de proyección: de 3 metros a 6 metros (o rango mayor)
	Tamaño de proyección: 240 mm x 220 mm (+/- 5 mm) a una distancia de 5 metros
	Iluminación LED
	Función de inclinación: arriba / abajo; derecha / izquierda
	Función de apagado automático luego de 10 minutos sin uso
	Control remoto inalámbrico
	Peso: 5 Kg o menor
	Alimentación electrónica: 240 VAC/ 50 Hz. Cable de alimentación con toma tipo Schuko
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.