

# MESA PARA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: MESA PARA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

•Mesa quirúrgica móvil, flexible, que admita numerosas posiciones adaptable a la necesidad del procedimiento. Base de acero inoxidable. Con porta chasis en todas las secciones y accesorios radiotransparentes:

•Barra de tracción con articulación esférica incluyendo deslizador

•Barra de tracción con deslizador

•Dispositivo de tensión de tornillo

•Abrazadera deslizante

•Placa de soporte

•Placas para piernas

•Carro para barras de tracción

•Carro para accesorios

•Adaptador para poste de contracción de fémur

•Marco de tracción para posición en decúbito prono y lateral

•Adaptador de elongación para la artroscopia de cadera

•Ajuste vertical largo y corto

•Marco para paños estériles

•Adaptador de tibia

•Placa de elongación con tres orificios

•Placa de elongación con un orificio

• Medidas: Longitud total con extensión de cabeceras y piernas 200 cm. Regulación de altura de 68 a 120 cm. Base de acero inoxidable.

• Regulación: Placa de cabeza: 60° a 90°; Trendelemburg 30°; Trendelemburg inverso 30°; Inclinación lateral 20°; Respaldo 40° a 90°; Flexión y Flexión inversa 210°/ 100°; Sección de piernas 15° a 90°.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colchón desmontable por partes, de espuma de alta densidad, cubierta de material lavable, electrostático e ignífugo</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Garantía</b>
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
<b>4</b>	<b>Documentación</b>
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.