

# CAMA CUNA ELECTRICA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: CAMA CUNA ELECTRICA

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 10

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

- Fabricado con estructura de acero al carbono de alta calidad, recubierto con pintura electrostática, con barandas laterales desmontables que pueden subir y bajar y topes de colchon

- Panel de control lateral localizado en la parte interna de la baranda lateral o del tipo removible para el personal de salud (baranda izquierda o derecha)

- Ajuste de altura controlado, Ajuste de posa rodilla 0-35° ( $\pm 10^\circ$ ), Trendelenburg inverso 0-12°, Trendelenburg 0-12°, Ajuste de respaldo 0-75° ( $\pm 10^\circ$ )

- Tamaño externo (Largo x Ancho x Alto) de 1800x830x520-820 mm. Con ruedas de 12 cm de diametro (+/- 2 cm) con sistema de freno

- Capacidad para soportar hasta 150 kg

- Voltaje y frecuencia: 220 V 50 HZ

- Incluye Colchon: grosor de 15 cm o superior, de espuma viscolastica de alta densidad, forrado con material ignifugo, impermeable y removible

- Incluye Porta suero con dos ganchos y 2 soportes laterales para bolsa de drenaje

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

### 4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.