

REPROCESADORA AUTOMATICA DE ENDOSCOPIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: REPROCESADORA AUTOMATICA DE ENDOSCOPIOS

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

•61,5 x 65 x 101 cm (tapa cerrada)

•61,5 x 65 x 146,5 cm (tapa abierta)

•Peso (vacía) 70 Kg

•Peso (llena) 100 Kg

•Conexión eléctrica 1 x 220 V/ 50 Hz con interruptor diferencial de 30mA

•Tensión eléctrica 220/ 50Hz

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.