

# EQUIPO DE PRESOTERAPIA

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: EQUIPO DE PRESOTERAPIA

**Marca:**

**Modelo:**

**Origen:**

**Dirección web del fabricante:**

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

## IMAGEN DE REFERENCIA



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

Unidades de presoterapia para piernas, brazos y cuerpo entero, para situaciones de mala circulación linfática y venosa. Número de canales de salida: 8 (ocho)

Programas: 2 (dos) como mínimo, para extremidades superiores e inferiores, con ciclos de inflado y regulación precisa de la presión para cada sector

Presión: 0- 200 mmHg  $\pm$ 10%

Temporizador: hasta 99 min

Alimentación Red 220 V AC/ 50 Hz

### 3 Garantía

Deberán contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

### 4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.