

SILLONES PARA DONANTES DE SANGRE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: SILLONES PARA DONANTES DE SANGRE

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 4

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Estructura interior y cuerpo de acero.

Recubierto en cuero vinílico lavable.

Posa brazos acolchados.

Posa brazos regulable en altura.

Almohadón de asiento y respaldo independiente.

Accionamiento eléctrico.

Posición de Trendelemburg.

Ruedas giratorias con frenos.

Alimentación eléctrica: 220V/ 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko).

Portasueros.

Calificación de insatallación y operación.

Calibración, garantía, mantenimiento y repuestos por 2 años.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.

4 Documentación

	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.