

# URETROTOMO Y URESTROSCOPIO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1 Datos Generales

Descripción: URETROTOMO Y URESTROSCOPIO

**Marca:**

**Modelo:**

**Origen:**

**Dirección web del fabricante:**

Cantidad: 1

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### 2 Características

- 1 Cisto-uretroscopio, 8 Charr, 6º, 1 nivel, 8-11Charr, longitud 13cm, longitud 30cm esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, con 2 conexiones laterales para irrigación y 1 canal de trabajo, 5 Charr, para instrumentos quirúrgicos de 4 Charr.
- 1 puerto de entrada para instrumentos con sistema de obturación y cierre rápido, 1 canal.
- 1 junta, para canal de trabajo, envase de 10 unidades.
- 1 adaptador de limpieza

- 1 dispositivo de ayuda para la introducción, para sondas guía.
- 1 pinza para la extracción de cuerpos extraños, abertura bilateral, flexible, 3 Charr, longitud 28cm
- 1 pinza para biopsia, abertura bilateral, flexible, 3 Charr, longitud 28cm
- 1 electrodo de botón, unipolar, 3Charr, longitud 53cm, con cable de alta frecuencia.
- 1 bisturí, forma triangular, 3 Charr, para un sólo uso, envase de 6 unidades.
- 1 aguja de inyección, rígida, 3 Charr, para un solo uso, envase de 6 unidades.
- 1 óptica de visión foroblicua 30º, 1.9mm de diámetro, longitud 12cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, para recién nacidos.

- 1 vaina para Cisto-uretroscopio, para exploración e irrigación, 9Charr, con obturador y canal de trabajo de 3 Charr.
- 1 contenedor adecuado para todos los instrumentos.
- Se aceptará una variación de +/-1cm en las longitudes.

### 3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.
<b>4</b>	<b>Documentación</b>
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.