


CAJA DE CUELLO CON INSTRUMENTALES	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: caja de cuello con instrumentales
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 2
	Normas de calidad específicas: ISO, CE, UL, FDA, TÜV, Normas de MERCOSUR, al menos uno de ellos.
	Norma de calidad General: ISO 9001
	Imagen de referencia
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	DATOS GENERALES: Todos los instrumentales quirúrgicos deben estar fabricados con acero quirúrgico sanitario autoclavable a 135°C, libre de carbono, superficie lisa, opaca, no brillante, bordes no cortantes, código individual grabado a láser, las medidas pueden variar en +/- 1cm
	Caja con tapa, de acero inoxidable, para almacenamiento, de 30 cm de largo x 16 cm de ancho x 6 a 7 cm de alto; con instrumentales para agarre del cuello uterino: 4 (cuatro) Pinzas de Foerester larga de 25 cm; 1 (un) porta aguja largo; 1 (una) pinza anatómica larga; 1 (una) tijera recta larga de 25 cm.
	OTROS REQUERIMIENTOS: El comité evaluador podrá solicitar al oferente una muestra para la realización de pruebas en autoclave.
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
4	Documentación
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.