

TONOMETRO APLANACION ANOLOG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: TONOMETRO APLANACION ANOLOG

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 2

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

CARACTERISTICAS GENERALES

·Rango de Medición: 0~10.64Kpa

·Movimiento del círculo de luz: $1.53 \times 2 = 3.06$ mm.

·Diámetro del probín: 7 mm.

·Rango de Movimiento del Probín: ± 1.5 mm.

·Peso: 500g

·Tamaño: 172 x 80 x 80.

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.

Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía

4 Documentación

Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.

Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.