

BASURERO QUIRURGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: BASURERO QUIRURGICO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 35

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 9001

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

Balde de Acero inoxidable para quirofano con tapa

Porta Balde construido en Metal con pintura epoxi electrostatica

Capacidad de la Cubeta: 8 a 10 Litros

Accionamiento tipo pedal para apertura de la tapa y manual.

Con ruedas giratorias de 60mm aproximadamente

3 Garantía

Deberá contar con garantía de 1 año desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica

Sobre averías/daños que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).

4 Documentación

Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.