

VIDEOLARINGOSCOPIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 Datos Generales

Descripción: VIDEOLARINGOSCOPIO

Marca:

Modelo:

Origen:

Dirección web del fabricante:

Cantidad: 16

Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.

Norma de calidad General: ISO 13485

Imagen de referencia



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2 Características

- Pantalla de aproximadamente 3.5 pulgadas táctil con una resolución de 640x960 píxeles o mejor.
- El dispositivo debe funcionar durante al menos 4 horas si se utiliza una batería completamente cargada completamente nueva.
- Batería incorporada al equipo recargable a través de entrada USB
- Tiempo de carga de la batería de 4hs como mínimo.
- Fuente de luz tipo LED con brillo ajustable para diferentes entornos de uso.
- Con ajuste automático del balance de blancos, alta resolución, imagen clara, brillo de pantalla ajustable
- Profundidad de campo de 10-80mm o mejor
- Ángulo de rotación de la pantalla de visualización 140° +/-10° en el eje vertical y 270° +/- 10° en el eje horizontal o mejor.
- Resolución espacial no menor a 6.5lp/mm
- Ángulo de campo no menor que 60°

	<ul style="list-style-type: none"> • Ángulo de visión 0° +- 10° • Nivel de prueba anti-agua IP66 • Intensidad de iluminación no menor a 600lx • Fuente de luz, temperatura de color no menor de 5000k • Registro de foto en formato JPEG, con posibilidad de grabar hasta 10,000 fotos • Grabación de video en formato MPEG-4, con posibilidad de grabar hasta 2 horas de video • Almacenamiento de datos 5GB o mayor. • Puerto de datos HDMI, USB • Adaptador de corriente: Entrada de voltaje 220 V, 50Hz, salida de voltaje 5V, 2A • Accesorios requeridos: <ul style="list-style-type: none"> • Cargador de baterías • Palas curvas tamaño 1, 2, 3 y 4, desechables (10 unidades de cada uno) • Maletín para el almacenamiento de todos los accesorios del video laringoscopia • Cable HDMI y USB para el traslado de datos
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	<p>Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía.</p> <p>Declaración Jurada donde se garantiza la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 3 años después de la adquisición del equipo, emitida por el fabricante o el proveedor.</p>
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.