


VACCUM	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1	Datos Generales
	Descripción: Equipo Quirurgico de Alta Succión (Vaccum)
	Marca:
	Modelo:
	Origen:
	Dirección web del fabricante:
	Cantidad: 10
	Normas de calidad específicas: CE, FDA, Mercosur, o al menos una de ellas.
	Norma de calidad General: ISO 13485
	Imagen de referencia:
	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
2	Características
	<p>Motor Vacuum con su kit de suectores con instalacion incluido, Tensión de Alimentación 110-127 / 220V~ (Bivolt - Selector Switch)</p> <p>Frecuencia 50/60 Hz</p> <p>Potencia Nominal (Máximo) 1690 VA</p> <p>Corriente Nominal 110V/50Hz - 14,1 A 220V/50Hz - 7,0 A 127V/60Hz - 12,6 A 220V/60Hz - 6,2 A</p> <p>Tensión de Comando 24Vdc</p> <p>Protección térmica Dispositivo de seguridad para protección contra elevación de la temperatura del motor</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idioma de indicadores y paneles: español con su correspondiente pictografía.</li> <li>• Manuales: Un (01) del usuario o de operación, y Un (01) manual técnico que serán entregados al momento de la recepción del equipo. Todos los manuales serán originales del fabricante y no fotocopias o traducciones.</li> <li>• Catálogos en idioma español, portugués o Inglés donde se pueda comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aquí solicitadas.</li> </ul>
3	Garantía
	Deberá contar con garantía de 2 (dos) años desde la puesta en funcionamiento por averías/defectos de fábrica.
	Sobre averías que el equipo sufre bajo responsabilidad del proveedor (traslado, instalación).
	Soporte técnico durante el tiempo de duración de la garantía. Mantenimiento preventivo anual y correctivos durante el período de garantía
4	Documentación
	Carta de autorización del fabricante debidamente apostillada dirigida a la empresa representante, en el caso de ser distribuidor autorizado deberá contar con la cadena de autorización del equipo biomédico ofertado.
	Experiencia comprobada en el ramo de instalación, implementación y mantenimiento de equipos biomédicos en el país mínima de 5 años.
	Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos o insumos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado.